

Rzeszów, dnia 02.08.2021

3/POIR/2021

W związku z postępowaniem na „**Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego**” z realizacją projektu pt. „*Enkapsulacja jako innowacyjna metoda dostarczania lipofilowych substancji czynnych w suplementach diety*”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1.1. – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zamawiający publikuje odpowiedzi na zapytania dotyczące poniższych parametrów:

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem prędkości 0-2500 rpm?

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o dopuszczalnych warunkach pracy: 5-40 stopni Celsjusza, do 80% wilgotności względnej?

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści miernik pH/mV z precyzją $\pm 0,1$ mV w zakresie od -1000 do 1000 mV i $\pm 0,2$ mV poza tym zakresem?

Zamawiający dopuszcza.